

無償交換のお知らせ

セキスイ製ポータブルトイレ 座楽背もたれ型を探しています

弊社が1996年10月から2002年6月までに製造・販売したポータブルトイレの一部で、転倒などの際にひじ掛けと背もたれのすき間に頸部をはさまれた事故(死亡2件含む)が発生しました。

つきましては事故防止のためにすき間のない製品と無償で交換させていただきます。ご使用中のお客様におかれましては、誠に恐縮ではございますが、ご使用製品のご確認をお願いいたします。対象製品の場合は、ご使用に注意していただきポータブルトイレ回収窓口までご連絡をお願いいたします。ご使用中のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。




※参考：公益財団法人 テクノエイド協会 福祉用具ヒヤリ・ハット情報

対象製品の確認方法

1 ひじ掛けと背もたれの上に約10cmのすき間があります

横から見た図




すき間のある製品が対象です

転倒などの際にひじ掛けと背もたれのすき間に頸部をはさまれた事故(死亡2件を含む)が発生しました。

2 積水製品には便フタの裏に「SEKISUI」の刻印があります

斜め前から見た図



「SEKISUI」の刻印の位置

トイレポット(バケツ)の側面にも刻印があります。

ご注意

「SEKISUI」の刻印は長年のご使用によって、判別しにくい場合があります

一部の対象製品では積水ライフテック株式会社のシールが貼付されています

無償交換の対象製品

⚠️ 製品本体には品番の記載はございません。

ポータブルトイレ 座楽 SP シリーズ

製造者	積水ライフテック株式会社
販売時期	2000年11月1日~2002年6月30日頃



品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型 SP
品番：SPTSP



品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型 SP ソフト便座・便フタタイプ
品番：SPTSPS



品名：ポータブルトイレ座楽 SP あたたか
品番：APTSP



品名：ポータブルトイレ座楽背もたれ型 SP 小口径便座タイプ
品番：SPTSPMB

ポータブルトイレ 座楽 SD シリーズ

製造者	積水ライフテック株式会社
販売時期	1996年10月~2002年3月



品名：ポータブルトイレ座楽 背もたれ型
品番：SPTSD



品名：ポータブルトイレ座楽 背もたれ型 SB
品番：SPTSB



品名：ポータブルトイレ座楽 背もたれ型 HD
品番：SPTH

積水化学工業株式会社 ポータブルトイレ回収窓口



電話

0120-011-578 (無料)

受付時間 9:00~19:00(土曜日、日曜日、祝日と年末年始を除く)



FAX

0120-231-756 (無料)

施設名・氏名・住所・電話番号をご記入ください